

## RAPPORTO DI PROVA N° 1365/19

Data emissione 12/02/2019

Spett.le  
COOPERATIVA PESCATORI ARBOREA  
ARBOREA (OR)  
LOC. CORRU MANNU  
09092 ARBOREA (OR)

**Tipo campione** Molluschi bivalvi e ricci  
**Data ricevimento campione** 07/02/2019  
**Descrizione campione** VONGOLE VERACI - PARTITA NS-19306 DEL 06/02/2019 - VERBALE N° 191  
**Luogo del prelievo** Ricezione MP-CDM **Data prelievo** 06/02/2019  
**Campionatore** Committente  
**Programma campionamento** Campionamento eseguito secondo la PROC 5.7.1-01 Rev.7\*\*  
**Confezione campione** busta plastica  
**Conservazione campione** in frigo alla T 2°C  
**Restituzione campione** No: smaltimento campione

**Protocollo Campione** 1365 del 07/02/19

Indagine eseguita	Risultato	U.M.	Metodo	Limiti	Rif.	Incertezza
<b>Data inizio prova- Data fine prova</b> Conta Escherichia coli beta-glucuronidasi + 07/02/19 -12/02/19	^460^	MPN/100g	UNI EN ISO 16649-3:2015	≤ 230		150-1400
Ricerca di Salmonella spp 07/02/19 -12/02/19	Assente	Pres-Ass./25g	UNI EN ISO 6579-1:2017	Assente in 25g	063	

(\*\*) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

^ Risultato fuori dai limiti di riferimento

### Note legislative

[063] = REG CE 2073:05/ 1441/07

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati. E' fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti.

U.M. = Unità di misura

LQ = Limite di rilevabilità per le prove microbiologiche, Limite di quantificazione per tutte le altre.

----- Fine Rapporto di Prova -----

**Il Responsabile del Laboratorio**

MASSIMO TINTI

DIRETTORE - RESPONSABILE

LABORATORIO

