

RAPPORTO DI PROVA N° 02580/19 DEL 15-04-2019

Campione N°: 02580/19 Data accettazione: 09-04-2019 Ora: 08:00:00 Pagina N° 1 di 1

Cliente: Coop. Pescatori Arborea s.c.a.r.l. Loc. Corru Mannu - 09092 Arborea (OR)

Con Verbale N°: 564 Data: 04-04-2019

Campionamento effettuato da: Cliente il 04-04-2019 ritirato da: /

Condizioni ambientali: /

Motivazione del prelievo: Autocontrollo Campione: Molluschi bivalvi

Descrizione del campione fornita dal Cliente: Ostriche OLN (564) Partita NS-19794/Lotto NS-19794-04 del 04/04/2019

Stato di Conservazione: Refrigerato

Punto di Prelievo: Ricezione MP-CSM

Settore Prove: Microbiologico, Biotossicologico

Informazioni aggiuntive: /

I dati identificativi del Campione risultano da verbale, etichetta o dichiarazione del Cliente

Data Inizio Prove: 09-04-2019 Data Fine Prove: 15-04-2019

Risultati Prova

Metodo	Prova	Unità di Misura	Risultati	Limite di legge***
ISO 21872-1:2017	Ricerca di Vibrio cholerae potenzialmente enteropatogeno	Assente/Presente in 25g	Assente	
ISO 21872-1:2017	Ricerca di Vibrio parahaemolyticus potenzialmente enteropatogeno	Assente/Presente in 25g	Assente	
UNI EN ISO 11290-1:2017	Ricerca di Listeria monocytogenes	Assente/Presente in 25g	Assente	
AESAN EU-RL-MB Domoic Acid vers 1 2008	Amnesic Shellfish Poison (ASP)**	mg/kg parte edibile	< 2,00	20
AOAC 959.08	Paralytic Shellfish Poison (PSP)**	µg STX 2HCl eq./Kg parte edibile	< 317	800
AECOSAN-EURLMB MARINE BIOTOXINS vers. 5 2015	Tossine liposolubili: Acido okadaico e derivati totali**	µg/kg parte edibile	< 60	160****
AECOSAN-EURLMB MARINE BIOTOXINS vers. 5 2015	Tossine liposolubili: Pectenotossine totali**	µg/kg parte edibile	< 40	160****
AECOSAN-EURLMB MARINE BIOTOXINS vers. 5 2015	Tossine liposolubili: Azaspiracidi totali**	µg/kg parte edibile	< 25	160
AECOSAN-EURLMB MARINE BIOTOXINS vers. 5 2015	Tossine liposolubili: Yessotossine totali**	mg/kg parte edibile	< 0,20	3,75

Firmato digitalmente da
Resp. Settore Microbiologia e Fitoplancton
Dr. Stefania Milandri

CONFORME SGI
SITO MRL

Firmato digitalmente da
Resp. Settore Biotossicologico
Dr. Sonia Dall'Ara

I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto

Per le informazioni fornite dal Cliente il laboratorio declina ogni responsabilità

** L'incertezza di misura è riportata quando può avere influenza sulla conformità con il limite di legge.

*** Reg. CE 853/04 allegato III, sezione VII, capitolo V. e s. m. i.

**** Tale valore comprende Acido okadaico e derivati totali, Pectenotossine totali

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo il campione esaminato. L'eventuale riproduzione parziale può essere effettuata solo previa autorizzazione del Laboratorio

192-1119-0110

11/11/11



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati"

Sede di Ancona

Via Cupa Di Posatora 3 60100 Ancona (AN)
Tel.071.41760 Fax.071.42758



Lab. N° 0217

316 de / REP CSM
2/3

Elenco Regione Marche 23-AN

COOP. PESCATORI ARBOREA
LOC. CORRU MANNU
09090 ARBOREA (OR)

RAPPORTO DI PROVA N° 34076 del 18.04.2019

N° ACCETTAZIONE SEDE ACCETTANTE DATA
 MATERIALE SPECIE
 CONFERIMENTO N° N° CAMPIONI DATA PRELIEVO
 TIPO CAMPIONAMENTO
 RICHIEDENTE
 ATTIVITA' DI PRELIEVO
 LABORATORIO DI PROVA
 QUESITO DIAGNOSTICO

RISULTATI DELLE PROVE

Campione	Identificativo	Denominazione Prova	Risultato	Inizio prova	Fine prova
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="OSTRICHE VEB 564 DEL 04/04/19"/>	Norovirus genogruppo I - ricerca genoma virale	Genoma virale non rilevato in 0.02 g	15-04-2019	18-04-2019
		Norovirus genogruppo II - ricerca genoma virale	Genoma virale non rilevato in 0.02 g	15-04-2019	18-04-2019

RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Donatella Ottaviani

RESPONSABILE ACCETTAZIONE
Elena Rocchegiani

LEGENDA

Denominazione prova	Tecnica analitica	Norma/metodo di prova
Norovirus genogruppo I - ricerca genoma virale	PCR real time	ISO/TS 15216-2:2013
Norovirus genogruppo II - ricerca genoma virale	PCR real time	ISO/TS 15216-2:2013

OTIS
CONFORME SGI

CONFORME SGI

La prova è stata eseguita nella Sede riportata nel campo "LABORATORIO DI PROVA". Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente.

Il Rapporto di Prova firmato digitalmente. Il documento cartaceo rappresenta copia conforme all'originale se corredato da firma e timbro di un pubblico ufficiale dell'Ente. Il documento ufficiale è archiviato secondo un processo di conservazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente. Tutta la documentazione a corredo del risultato analitico è residente presso l'Istituto a disposizione del Cliente per qualsiasi chiarimento. I fattori di recupero per le prove residui/tracce e i valori di incertezza estesa sono disponibili nel sito www.izsum.it.

1000
1000

1000
1000

1000



"Bruno Ubertini"

(Ente Sanitario di Diritto Pubblico)
Sede Legale: Via Bianchi, 9 - 25124 Brescia - Tel 03022901 - 0302425251
C.F. - P.IVA 00284840170 N. REA CCIAA di Brescia 88834
Laboratorio accreditato da ACCREDIA n. 0148
E-mail: Microbiologia@izsler.it - PEC: microbiologia@cert.izsler.it

Reparto Controllo Alimenti

Via Bianchi, 9 - Brescia (BS) - 030-2290335; 030-2290544; 030-2290534; 030-2290675; 030-2290265

E-mail: Microbiologia@izsler.it - PEC: microbiologia@cert.izsler.it

Spett. COOPERATIVA PESCATORI ARBOREA S.R.L.
LOC. CORRU MANNU STRADA 18
09092 Arborea (OR)

informativo N° 2019/133880

attività conferita: **OSTRICA (VIVA)**

attività del conferimento: Autocontrollo

numero campioni: 1

data di prelievo: 04/04/2019 Luogo di prelievo: RICEZIONE MP-CSM Arborea (OR)

documento di accompagnamento: 564

data di ricezione: 12/04/2019

data di registrazione: 12/04/2019, presso: Brescia - Reparto Controllo Alimenti

proprietario: **COOPERATIVA PESCATORI ARBOREA S.R.L.** residente in LOC. CORRU MANNU STRADA 18 - 09092 Arborea (OR)

condizioni del materiale conferito: Idoneo

te all'accettazione: OSTRICHE ONL PARTITA NS-19794/LOTTO NS-19794-04

PROVE ESEGUITE

Prova: Virus Epatite E (HEV): agente eziologico Sul campione: 1 Risultato: Non dimostrata presenza	Tecnica: PCR Metodo di Prova: MP 09/181 rev. 0 - 2013 (*) Per il campione analizzato
Prova: Rotavirus: agente eziologico Sul campione: 1 Risultato: Non dimostrata presenza	Tecnica: PCR Metodo di Prova: MP 09/065 rev. 0 - 2010 (*) Per il campione analizzato

Prova Tecnica Metodo di prova	Campione Risultato
Virus Epatite A (HAV): agente eziologico PCR Real Time ISO/TS 15216-2:2013	1 Non rilevato genoma virale in 2 g

CONFORME SGI
SITO

RIEPILOGO DELLE STRUTTURE CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE

identificativi (Id.): 2, 3 sono riferiti a prove eseguite presso:

scia - Reparto Controllo Alimenti iscritto nel Registro laboratori autocontrollo Regione Lombardia (D.D.G. Sanità n.893 del 02/02/2011), N° 030017302005, per la prova n. 3
laboratorio Biotecnologie Applicate alla Sicurezza Alimentare
gente che ha autorizzato il rilascio: Bertasi Dr.ssa Barbara

Data inizio prove: 12/04/2019, data fine prove: 17/04/2019



"Bruno Ubertini"

(Ente Sanitario di Diritto Pubblico)
Sede Legale: Via Bianchi, 9 - 25124 Brescia - Tel 03022901 - Fax 0302425251
C.F. - P.IVA 00284840170 N. REA CC/AA di Brescia 88834
Laboratorio accreditato da ACCREDIA n. 0148

Reparto Controllo Alimenti

E-mail: Microbiologia@izsler.it - PEC: microbiologia@cert.izsler.it

ificativo (Id.): 1 è riferito a prove eseguite presso:

- Reparto Controllo Alimenti - Laboratorio Microbiologia Autocontrollo
- te che ha autorizzato il rilascio: Bertasi Dr.ssa Barbara

Data inizio prove: 12/04/2019; data fine prove: 17/04/2019

alle prove:

ia - Reparto Controllo Alimenti - Laboratorio Biotecnologie Applicate alla Sicurezza Alimentare

CIENZA ESTRAZIONE: 100% pLOD: HAV: 500 µl HAV (10².24 TCID₅₀/ml) in 2 g tLOD: 108 copie genomiche in 2 g

da ai destinatari del presente documento di farsi carico che sia segnalata all'Autorità Sanitaria Competente, ove previsto dalle disposizioni esistenti, l'eventuale non conformità che scaturisce dal risultato di prova.
nte rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.
oni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

ionamento non rientra nelle responsabilità e nell'accreditamento del laboratorio; è effettuato autonomamente dai committenti/loro incaricati o da entità terze.
ole date di inizio e fine prova, ove non presenti, sono rintracciabili nei documenti di registrazione del laboratorio.

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA.

*** FINE RAPPORTO ***

COMARCO SPA